

Brandtillbud på X-skolan, den xx-xx-xx klockan 15.00. Branden inträffade i en lektionssal; där några vuxenstuderande bedrev kemilektion under lärarhandledning.

HÄNDELSEN

Några av eleverna laborerade med svavel i förbränningsskedar, och i slutfasen lades de upphettade skedarna i dragskåpets avloppsvask. Vasken, som bestod av syrafast plast, smälte och antändes av den tillförda värmen. Läraren tog en brandfilt och försökte släcka elden i avloppet under dragskåpet, hon fick då droppande plastsmälta på armar och händer. En av eleverna grep då den befintliga pulversläckaren och lyckades släcka branden. Den kvinnliga läraren fördes till X-stads sjukhus för behandling av sina brännskador. Dessbättre var kvinnans skador av lindrigare art, hon sjukskrevs i två dagar.

ERFARENHETER

Händelsen slutade trots allt med begränsade skador som följd, men det är nog tillrådligt med en viss komplettering av brandkunskaperna för de verksamma lärarna på skolan.